Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 sistema ecografico digitale per l'istituto di medicina e scienza dello sport di Roma

CIG 788226285E

R.A. 014/19/PN

Risposta ai quesiti pervenuti (1° invio)

Si fa seguito ai primi quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

1° QUESITO

Art. 29, Schema di Contratto

Con riferimento all'art. 29 dello Schema di Contratto, viene richiesta l'eventuale evoluzione tecnica o tecnologica delle prestazioni oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle stesse.

Si chiede di confermare che la facoltà di sostituzione prevista a favore dell'Azienda Sanitaria durante il periodo di vigenza del contratto non sia da riferirsi alle apparecchiature già consegnate, collaudate e utilizzate da parte delle Aziende Sanitarie. Altrimenti, chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia 24 mesi full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna.

RISPOSTA

Si fa riferimento esclusivamente alle evoluzioni tecnologiche che si rendono necessarie ai fini del mantenimento in funzione dell'apparecchiatura (quindi anche aggiornamenti, sia hardware che software) e inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.

2° QUESITO

Art. 14 Capitolato; art. 23 Schema di contratto

Con riferimento all'art. 14 del Capitolato e all'art. 23 dello Schema di contratto, laddove viene richiesta polizza assicurativa, si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.

RISPOSTA

E' possibile utilizzare la polizza assicurativa della casa madre a condizione che nella stessa venga esplicitamente indicato che le coperture vengono estese a tutte le società del gruppo.

In caso contrario, ai fini della validità, dovrà essere prodotta apposita appendice che ne estenda la copertura.

3° QUESITO

“Scheda Tecnica, requisiti minimi; Capitolo “G: Dispositivi Accessori”; Punto 3 “Funzione di Fusione immagini TC/RM

In riferimento alla “Scheda Tecnica, requisiti minimi; Capitolo “G: Dispositivi Accessori”; Punto 3 “Funzione di Fusione immagini TC/RM” si richiede di specificare:

Il software richiesto deve essere completo di sistema di “Fusione immagini Ecografiche con Volumi TC/RM con la sincronizzazione per mezzo di sensori magnetici? Se si, con quali sonde di quelle richieste nella dotazione deve essere possibile?

RISPOSTA

Il sistema deve essere consentire l'esecuzione di biopsie nella regione addominale con la tecnica di fusione di immagini CT/RM, pertanto oltre al software viene richiesto tutto quanto necessario all'esecuzione della tecnica.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Gennaro Ranieri

Firmato da Ranieri Gennaro
Ora firma: 30/04/2019 17:26:40

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Sport e salute S.p.A.