Sport e salute S.p.A.

Direzione Acquisti

Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 sistema ecografico digitale per l'istituto di medicina e scienza dello sport di Roma

CIG 788226285E

R.A. 014/19/PN

Risposta ai quesiti pervenuti (2° invio)

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

1° QUESITO

In riferimento alla "Scheda Tecnica, requisiti minimi, Capitolo "G: Dispositivi Accessori"; Punto 3 "Funzione di Fusione immagini TC/RM", con riferimento alla VS risposta" Il sistema deve consentire l'esecuzione di biopsie nella regione addominale con la tecnica di fusione di immagini CT/RM, pertanto oltre al software viene richiesto tutto quanto necessario all'esecuzione della tecnica".

A. Si chiede di specificare se la tecnica di fusione richiesta è con "Needle Tracking"
B. Si chiede di specificare se è necessario il sistema di "Autocalibrazione con Tracker specifico per RM e Tac
C. Si chiede di specificare se la sonda Convex richiesta per la Biopsia con fusion deve anche supportare il Software Mezzi di Contrasto, il Software Elastografia 2D Share wave, il Software Elastografia Strain

RISPOSTA

A. Si conferma che la tecnica di fusione richiesta è con "Needle Tracking"
B. Si, è richiesto sistema di autocalibrazione
C. La tecnica fusion deve essere disponibile sia sulla sonda convex che sulla sonda lineare. Per entrambe le sonde devono essere disponibili i software richiesti dal Capitolato

Il Responsabile del procedimento

Dott. Gennaro Ranieri

Firmato da Ranieri Gennaro
Ora firma: 06/05/2019 15:25:50

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Sport e salute S.p.A.