

Sport e salute S.p.A.

Direzione Acquisti

Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 mammografo digitale di ultima generazione completo di moduli per tomosintesi per l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma.

CIG 788049997E

R.A. 018/19/PN

Risposta ai quesiti pervenuti (2° invio)

Si fa seguito ai primi quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

1° QUESITO

In riferimento alla compilazione del modulo "Allegato C – Offerta Tecnica", si chiede gentilmente di chiarire se il criterio "MODULO DUAL ENERGY" indicato in Lettera di invito al paragrafo 9.2.1, al punto 7 della tabella, possa esser inteso come predisposizione o debba invece essere inteso come funzionalità operativa all'atto della fornitura.

Infatti la funzionalità o in alternativa la sua predisposizione non viene citata tra i requisiti minimi (capitolato tecnico - Art.2).

RISPOSTA

Si intende che la macchina deve essere predisposta per il modulo dual energy.

Il Responsabile del
procedimento
Dott. Gennaro Ranieri

