

Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 MOC per l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma.

CIG 7897233AD3 - R.A. 019/19/PN

Risposta ai quesiti pervenuti

1° INVIO

Si fa seguito al quesito pervenuto per fornire la seguente risposta:

DOMANDA:

In relazione ai requisiti fisici di minima al punto 2, in merito alla finestra di scansione massima da voi richiesta di 70 x 200 cm, il sistema da noi proposto, "come già dichiarato nella fase esplorativa per la suddetta gara" ha una finestra di scansione di 65 x 200 cm, sufficiente per la diagnostica sulla totalità della popolazione esistente, in relazione al massimo peso paziente supportato che è maggiore di 200 kg. Per cui richiediamo di poter partecipare alla procedura con i nostri requisiti.

RISPOSTA ALLA DOMANDA:

Considerando la differenza, di soli 5 cm, a livello tecnico il requisito di minima di cui al punto 2 può ritenersi accolto, pertanto sono consentite anche finestre di scansione $\geq 200 \times 65$ cm.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
Gennaro Ranieri

