Sport e salute S.p.A.

Direzione Acquisti

Procedura negoziata per la fornitura, installazione e posa in opera chiavi in mano di n° 1 MOC per l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma.

CIG 7897233AD3 - R.A. 019/19/PN

Risposta ai quesiti pervenuti

2° INVIO

Si fa seguito al quesito pervenuto per fornire la seguente risposta:

DOMANDA:

Vorremmo dei chiarimenti sul criterio 3 "velocità di risoluzione dell'immagine (indicare misura in sec.)", nell'allegato C, modulo offerta tecnica. Cosa si intende per velocità di risoluzione dell'immagine?

RISPOSTA ALLA DOMANDA:

Per velocità di risoluzione dell'immagine si intende la velocità di presentazione dell'immagine ricostruita sul monitor.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Gennaro Ranieri

Firmato da Ranieri Gennaro
Data firma: 27/05/2019

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Sport e salute S.p.A.